

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ขวดบรรจุสารคัดหลั่งแบบใช้แล้วทิ้ง ขนาด ๑.๕ ลิตร
จำนวน ๑ รายการ
ศูนย์ศรัทธา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ศูนย์ศรัทธา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากลภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยได้เปิดให้บริการหอผู้ป่วย และคลินิกบริการผู้ป่วยนอก ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีการดูดเก็บสารคัดหลั่ง เสมหะหรือน้ำลาย จากผู้ป่วยจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาด ๑.๕ ลิตร (Suction Bottle) จำนวน ๑๑,๐๐๐ ถึง เพื่อใช้งานในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

ใช้เพื่อเป็นภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยของศูนย์ศรัทธา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)

(ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิ่น)

รองผู้อำนวยการศูนย์ศรัทธา

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนากิจ)

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์)

หัวหน้าแผนกหน่วยคลังเวชภัณฑ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(นางสาวศิริพร อุตสาห์)

พยาบาลประจำคลังเวชภัณฑ์

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement :e-GP)

๔. รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

เป็นชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่ กระบอกด้านใน ฝาสำหรับปิดกระบอกด้านใน และ
ส่วนกระบอกด้านนอก (Canister)

๔.๑ ส่วนที่ ๑ กระบอกด้านใน มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑.๑ มีลักษณะเป็นพลาสติกใส ผลิตจาก Polypropylene ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ

๔.๑.๒ เป็นแบบชนิดใช้แล้วทิ้ง

๔.๑.๓ สามารถใช้เก็บสารคัดหลั่งได้จนเต็ม

๔.๑.๔ กระบอกใสมีความจุ ๑,๕๐๐ มิลลิลิตร

๔.๑.๕ ผลิตจากพลาสติกหรือวัสดุที่มีความทนต่อการกด หรือสารเหลว/สารคัดหลั่งจากผู้ป่วย

๔.๒ ส่วนที่ ๒ ฝาสำหรับปิดกระบอกด้านใน มีรายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ ผลิตจาก Polypropylene มีลักษณะแข็งแรง ไม่แตกง่าย

๔.๒.๒ มีช่องสำหรับต่อกับสายเพื่อใช้งานในการดูดจำนวนอย่างน้อย ๓ ช่อง

๔.๒.๓ กระบอกด้านในมีระบบป้องกันการล้นของสารคัดหลั่งเข้าสู่ระบบ Pipe line ของ
โรงพยาบาล เมื่อเลือดหรือสารคัดหลั่งเต็มภาชนะ

๔.๓ ส่วนที่ ๓ กระบอกด้านนอก (Canister) มีรายละเอียดดังนี้

๔.๓.๑ เป็นอุปกรณ์รองรับตัวกระบอก มีหน่วยวัดปริมาตรสารคัดหลั่ง โดยมีขีดบอกปริมาตร
ทุก ๑๐๐ มิลลิลิตร และมีเครื่องหมายบอกปริมาตรทุก ๕๐ มิลลิลิตร เป็นอย่างน้อย

๔.๓.๒ สามารถยึดติดกับฝาผนังได้

๔.๔ บรรจุในถุงพลาสติก ๑ ชั้น และบรรจุในกล่องขนาดอย่างน้อยกล่องละ ๕๐ ชั้น

๔.๕ สินค้าที่ส่งมอบต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า

๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานหรือผ่านการสาธิตมาก่อน

๔.๗ ผลิตภัณฑ์ กล่องบรรจุแสดง Lot วันที่ผลิต และวันหมดอายุที่ชัดเจน

๔.๘ เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ และนำ
ใบรับรองมายื่นในวันเสนอราคา

๔.๙ มีเอกสารรับรองแจ้งนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข (อย.) และนำใบรับรองมายื่นในวันเสนอราคา

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....*N*..... (ประธานกรรมการ)

(ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิน)

รองผู้อำนวยการศูนย์ศรัทธา

ลงชื่อ.....*กนก*..... (กรรมการ)

(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนากิจ)

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ.....*๖*..... (กรรมการ)

(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์)

หัวหน้าแผนกหน่วยคลังเวชภัณฑ์

ลงชื่อ.....*ศิริพร อุตสาห*..... (กรรมการ)

(นางสาวศิริพร อุตสาห)

พยาบาลประจำคลังเวชภัณฑ์

๔.๑๐ ผู้ชนะการเสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการเปลี่ยนกระบอกด้านนอก (Canister) ในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล

๔.๑๑ ผู้ชนะการเสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล บำรุงรักษา กระบอกด้านนอก (Canister) ในทุกกรณี

๔.๑๒ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องมีกระบอกด้านนอก (Canister) ให้บริการเพียงพอในโรงพยาบาลอย่างน้อย ๑๐๐ ชุด โดยต้องมีสำรองไว้ที่แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ อย่างน้อย ๑๐ ชุด

๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำสินค้าจริงที่นำเสนอตามคุณลักษณะเฉพาะข้างต้น มาให้ศูนย์ศรัพัฒน์ ตรวจสอบและทดลองใช้เป็นจำนวนอย่างน้อย ๒๐ ชุด ภายใน ๓ วันนับถัดจากวันยื่นเสนอราคา

๕. การยื่นข้อเสนอ

การซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการจัดซื้อครั้งนี้ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคากับเกณฑ์คุณภาพ โดยกำหนดน้ำหนักแต่ละเกณฑ์ ดังนี้

๖.๑ เกณฑ์ราคา น้ำหนักร้อยละ ๓๐

๖.๒ เกณฑ์คุณภาพ น้ำหนักร้อยละ ๗๐

(ตารางเกณฑ์การประเมินปรากฏแนบท้ายขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) นี้)

๗. วงเงินงบประมาณจะใช้ในการจัดซื้อ

งบประมาณการจัดซื้อปี ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้ขายต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๙. การส่งมอบงาน

ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบกระบอกด้านนอก (Canister) จำนวนอย่างน้อย ๑๐๐ ชุด ภายในระยะเวลา ๓๐ วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

ผู้ขายจะดำเนินการส่งมอบสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนดในใบสั่งซื้อแต่ละคราว ณ คลังเวชภัณฑ์ แผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ ศูนย์ศรัพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐/๓๔๒ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)

(ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลั่น)

รองผู้อำนวยการศูนย์ศรัพัฒน์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนานิก)

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศคมลพัฒน์)

หัวหน้าแผนกหน่วยคลังเวชภัณฑ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(นางสาวศิริพร อุตสาร)

พยาบาลประจำคลังเวชภัณฑ์

๑๐. การชำระเงิน

ศูนย์ศรีพัฒนาฯ จะดำเนินการชำระเงินเมื่อผู้ขายดำเนินการส่งมอบสินค้าภายในกำหนดระยะเวลาตามใบสั่งซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๑. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๑.๑ ค่าปรับ

๑๑.๑.๑ หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบกระบอกด้านนอก (Canister) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และศูนย์ศรีพัฒนาฯ ยังไม่บอกเลิกสัญญา ทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของจำนวนเงินจัดซื้อตามสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

๑๑.๑.๒ หากผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบของให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และศูนย์ศรีพัฒนาฯ ยังไม่บอกเลิกสัญญา ทางผู้ชนะการเสนอราคาต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของจำนวนเงินจัดซื้อต่อใบสั่งซื้อ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบตามใบสั่งซื้อจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น

๑๑.๒ การประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยินยอมเปลี่ยนสินค้าหากศูนย์ศรีพัฒนาฯ พบว่าสินค้าชำรุด หรือหมดอายุก่อนการใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า และผู้ขายรับประกันคุณภาพสินค้าจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาและรับประกันสินค้าอีก ๙๐ วันนับจากระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ)

(ผศ.นพ.กสิสิน กลั่นกลิน)

รองผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒนาฯ

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนานกิจ)

หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(ภก.ชัยรัตน์ พิมาศกมลพัฒน์)

หัวหน้าแผนกหน่วยคลังเวชภัณฑ์

ลงชื่อ..... (กรรมการ)

(นางสาวศิริพร อุตสาห์)

พยาบาลประจำคลังเวชภัณฑ์

เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) 30: 70

โครงการ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ (เวชภัณฑ์) ขวดบรรจุสารคัดหลั่งแบบใช้แล้วทิ้ง ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 1 รายการ

อ้างอิง	เกณฑ์การพิจารณา				คะแนน	1	2	3	4
มาตรา 65	ราคาที่เสนอ (ระบบจะเป็นผู้คำนวณให้ผู้ขายแต่ละราย)				30				
มาตรา 65(1)	ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน								
มาตรา 65(2)	มีการยื่นราคาเดิม โดยไม่เพิ่มราคาทุนตลอดอายุสัญญา (365 วัน)				5				
	ไม่มีการยื่นราคาเดิม โดยอาจเปลี่ยนแปลงราคาทุนระหว่างสัญญา				0				
	บรรจุภัณฑ์ (3.1)	เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR			5				
	(3.2) ฉลาก	ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดใน TOR			0				
ฉลากระบุชื่อเวชภัณฑ์, ขนาด , Lot , วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน			3						
มาตรา 65(2)				มีองค์ประกอบครบแต่ อ่านไม่ชัดเจน หรือ มีองค์ประกอบไม่ครบ	0				
	มาตรฐานโรงงาน/แหล่งที่มา								
มาตรา 65(2)	(3.3) ได้รับมาตรฐานโรงงาน/แหล่งที่มา ISO13485 (ต้องแนบเอกสารแสดงมาตรฐาน)				5				
	(3.4) มีเอกสารรับรองเจ้าหน้าที่เข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) (ยื่นเอกสารในวันเสนอราคา)				2				
มาตรา 65(2)	คุณภาพด้านการใช้งาน (จากการประเมินของผู้ใช้งาน)								
มาตรา 65(2)	(3.5) ผลคะแนนประเมินการใช้งานหรือเท่ากับ 50 % (ตามคะแนนการประเมินจากผู้ใช้งาน)				30				
มาตรา 65(3)	(4.1) การจัดทำเอกสาร	- จัดทำเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย			5				
		- จัดส่งเวชภัณฑ์ตัวอย่าง จำนวน 20 ชุด (ส่งถึงคลังเวชภัณฑ์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา)			5				
	(4.2) บริการหลังการขาย	ยินยอมแลกเปลี่ยนได้เต็มจำนวน 100% (แนบเอกสาร)			10				

ลงชื่อ..... (ประธานกรรมการ) ลงชื่อ..... (กรรมการ) ลงชื่อ..... (กรรมการ)
 (ศ.น.พ.กสิสิน กลั่นกลิ่น) (ภญ.ณภัทร เมธีพัฒนากิจ) (นางสาวศิริพร อุดสำหันธ์)
 รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา หัวหน้าแผนกเภสัชกรรมและอุปกรณ์ พยาบาลประจำคลังเวชภัณฑ์