

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification)
ชื่อรายการพัสดุจัดซื้อ เติงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน จำนวน ๒๕ ตัว

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบัน ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ มีจำนวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น และมีจุดบริการหลายอาคาร ทำให้เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุนที่มีใช้อยู่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการจึงต้องทำการจัดซื้อเพิ่มเติม และทดแทนอันเดิมจำนวนทั้งหมด ๒๕ เตียง ซึ่งจำเป็นต้องใช้งานสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในศูนย์ศรีพัฒน์ฯ หลายแผนก ทั้งผู้ป่วยที่ต้องนอนเฝ้าสังเกตอาการ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียง หรือเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน ดังนั้นเพื่อรองรับการให้บริการที่รวดเร็ว มีอุปกรณ์พร้อมใช้ สะดวกในการใช้งาน และเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการต่อองค์กร

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

๒.๒ เพื่อให้มีอุปกรณ์เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ วิษณุกร มโน ประธานกรรมการ
(นางวิทยากรณ์ พันทะเล)

ลงชื่อ ธัญญา ไชยช่วย กรรมการ
(นางสาวธรรญา ไชยช่วย)

ลงชื่อ พวณ วิทมน กรรมการ
(นางรัศมี วิทมน)

ลงชื่อ ณัฐชา เสาร์สุวรรณ กรรมการ
(นางสาวณัฐชา เสาร์สุวรรณ)

๔. คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน จำนวน ๒๕ ตัว มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ๔.๑.๑ ขนาดของรถเข็นเปลหามลูกเอนกว้างไม่น้อยกว่า ๖๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๕ เซนติเมตร ตัวเตียง สามารถปรับสูงต่ำด้วยไกหมุนติดตั้งที่ท้ายรถเข็นและสามารถพับเก็บเมื่อไม่ใช้งาน โดยวัดจากพื้นเตียงได้
 - ๔.๑.๑.๒ ปรับต่ำสุดไม่มากกว่า ๕๘ เซนติเมตร
 - ๔.๑.๑.๓ ปรับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๘ เซนติเมตร
- ๔.๑.๒ โครงสร้างผลิตจากเหล็กกล้าเคลือบกันสนิม (Powder Coated Steel) หรือ สแตนเลสคุณภาพสูง (Stainless Steel Grade ๓๐๔) หรือคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน
- ๔.๑.๓ มีไกหมุน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ไก เพื่อปรับความสูงต่ำของเตียง ผลิตจากโลหะผสมชุบโครเมียม หรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์ หรือคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า ที่มีความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน
- ๔.๑.๔ สามารถปรับด้านหลังโดยการยกกระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา โดยการดึงบริเวณส่วนหลังขึ้น
- ๔.๑.๕ รวทั้ง ๒ ข้างทำด้วยพลาสติก ABS อย่างดี หรือวัสดุอื่นเทียบเท่า หรือดีกว่า สามารถสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยระบบโซ่แก๊ส
- ๔.๑.๖ รวมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๒ เซนติเมตร
- ๔.๑.๗ มีระบบล้อครวกัน เป็นสลักล๊อคที่ได้รวกัน พร้อมโซ่เพื่อความนุ่มนวลในขณะพับรวกันลง รวกันมีความแข็งแรงทนทาน
- ๔.๑.๘ มีเข็มขัด ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง เพื่อตรึงเบาะให้รัดแน่นอยู่กับเตียงและเพื่อตรึงผู้ป่วยให้รัดแน่นอยู่กับเบาะ
- ๔.๑.๙ รวกันสามารถทำการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ ๑๐๐ องศาเซลเซียส ได้
- ๔.๑.๑๐ มีคั่นโยกสำหรับปรับท่า CPR ได้อย่างรวดเร็ว
- ๔.๑.๑๑ มีล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร หรือ ๘ นิ้ว พร้อมระบบล้อคล้อแบบ Central Lock โดยล้อสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัมต่อ ๑ ล้อ โดยมีเอกสารรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ
- ๔.๑.๑๒ มีล้ออยู่ตรงกลางรถเข็น เพื่อช่วยควบคุม และปรับเปลี่ยนทิศทางในพื้นที่จำกัดเป็นไปได้อย่างขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ล้อ
- ๔.๑.๑๓ รถเข็นเปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลกรัม
- ๔.๑.๑๔ รถเข็นมีน้ำหนักไม่เกิน ๗๙ กิโลกรัม
- ๔.๑.๑๕ เบาะนอนทำด้วยฟองน้ำอัดแข็งหุ้มด้วยวัสดุโพลียูรีเทน หรือ PU หรือ PVC ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม.หนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว กันน้ำ สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
- ๔.๑.๑๖ เสาเท้าเกือทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นเทียบเท่า หรือดีกว่า สามารถปรับสูงต่ำได้และมีตะขอไม่น้อยกว่า ๒ ตะขอ
- ๔.๑.๑๗ มีที่ใส่ถังออกซิเจน โดยมีที่ล๊อคซึ่งรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๔ กิโลกรัม

ลงชื่อ จิตพรณ มานะ ประธานกรรมการ
(นางวิทยากรณ์ พันทะเล)

ลงชื่อ วิภา วัฒนา กรรมการ
(นางรัศมี วิทามงคล)

ลงชื่อ ธรรมา ไชยช่วย กรรมการ
(นางสาวธรรมา ไชยช่วย)

ลงชื่อ นางสาวณัฐชยา เสาร์สุวรรณ กรรมการ
(นางสาวณัฐชยา เสาร์สุวรรณ)

๔.๒ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๒.๑. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับด้วยมือหมุน	จำนวน ๑ ตัว
๔.๒.๒. เบาะนอน	จำนวน ๑ อัน
๔.๒.๓. เสื่อน้ำเกลือ	จำนวน ๑ ตัน
๔.๒.๔. มีที่ใส่ถังออกซิเจน	จำนวน ๑ อัน
๔.๒.๕. คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษอย่างละ	จำนวน ๑ เล่ม

๕.กำหนดส่งมอบ

ระยะเวลาในการส่งมอบกำหนดภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ส่งมอบที่ ศูนย์ศรัพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๑๐/๓๔๒ ถนนอินทวิโรด ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๖. เงื่อนไขอื่นๆ

๖.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน ผ่านการทดสอบว่าได้เต็มประสิทธิภาพก่อนส่งมอบโดยนำเอกสารผ่านการทดสอบมามอบในวันส่งมอบ

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียด โดยทำเครื่องหมายและลงหมายเลขให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะทั่วไปและคุณลักษณะเฉพาะที่ศูนย์ศรัพัฒน์ฯ กำหนด เพื่อประกอบการพิจารณา

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตหรือมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่เสนอไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยยื่นหนังสือดังกล่าวในวันที่เสนอราคา

๖.๔ มีหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือเอกสารรับรองการควบคุมมาตรฐาน (เช่น ใบอนุญาตการนำเข้าของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) หรือ เอกสารผ่านมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย เป็นต้น) โดยยื่นเอกสารในวันที่เสนอราคา

๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับรองว่ามีอะไหล่แท้งจากโรงงานผู้ผลิตสำหรับการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า ๕ ปี หลังหมดประกัน โดยยื่นเอกสารในวันที่เสนอราคา

๖.๖ ผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย โดยยื่นเอกสารมาตรฐานดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๖.๗ ช่างของผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจากบริษัทผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยให้ยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๖.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยมีหนังสือรับรองที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต โดยยื่นหนังสือรับรองดังกล่าวในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๖.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอขอรับรองว่าตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง ภายใต้การให้บริการของผู้ยื่นข้อเสนอ อะไหล่ทุกชิ้นที่เปลี่ยนจะต้องเป็นอะไหล่ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นอะไหล่แท้งของบริษัทผู้ผลิตเครื่องเท่านั้น และนำหนังสือรับรองมายื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ อภินันท์ นันทะ ประธานกรรมการ
(นางวิทยากรณ์ พันทะเล)

ลงชื่อ รศ. วิภาวดี กรรมการ
(นางรัศมี วิภาวดี)

ลงชื่อ อภินันท์ ไชยช่วย กรรมการ
(นางสาวธรรญา ไชยช่วย)

ลงชื่อ อภินันท์ กรรมการ
(นางสาวณัฐชยา เสาร์สุวรรณ)

๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำสินค้าจริงที่น่าเสนอตามคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔ มาให้ศูนย์ศรัพัฒน์ฯ ตรวจสอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ยื่นข้อเสนอ

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ราคา ๖๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๙. งานและการจ่ายเงิน

กำหนดการชำระเงินจำนวน ๑ งวด โดยจะดำเนินการชำระเงินเมื่อดำเนินการตามเงื่อนไขที่ทางศูนย์ศรัพัฒน์ฯ กำหนด เมื่อส่งสินค้าครบตามกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

๑๐.๑ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่อาจปฏิบัติตามที่กำหนดในสัญญาได้ และศูนย์ศรัพัฒน์ฯ ยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงและยินยอมที่จะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสินค้าทั้งหมดตามสัญญาฉบับนี้ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบหรือครบกำหนดการปฏิบัติตามสัญญา จนกว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะดำเนินการส่งมอบสินค้าตามสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญาแล้วแต่กรณี จนแล้วเสร็จโดยถูกต้องและครบถ้วน

๑๐.๒ หากศูนย์ศรัพัฒน์ฯ ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอตกลงและยินยอมที่จะชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสินค้าทั้งหมดตามสัญญาฉบับนี้ นับถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาแล้วแต่กรณี จนถึงวันบอกเลิกสัญญา และยินยอมให้รับหลักประกันทั้งหมด

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

๑๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานอย่างน้อย ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบสินค้า และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเครื่องถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

๑๑.๒ ภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากเครื่องชำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีช่างซ่อมเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุที่ชำรุด หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว แต่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ ศูนย์ศรัพัฒน์ฯ มีสิทธิที่จะซ่อมแซมเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมแทนได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และในระหว่างเครื่องชำรุดดังกล่าว ศูนย์ศรัพัฒน์ฯ มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเครื่องสำรองในรุ่นเดียวกัน หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า มาให้ศูนย์ศรัพัฒน์ฯ ใช้ทดแทน จนกว่าเครื่องที่ชำรุดจะซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับแจ้งจากศูนย์ศรัพัฒน์ฯ

ลงชื่อ วิภากร พันธ์ทะเล ประธานกรรมการ
(นางวิทยากรณ์ พันทะเล)

ลงชื่อ รศ. วิภากร กรรมการ
(นางรัศมี วิทามงคล)

ลงชื่อ ธรากร ไชยช่วย กรรมการ
(นางสาวธราญา ไชยช่วย)

ลงชื่อ รศ. ธีรยุทธ กรรมการ
(นางสาวณัฐชยา เสาร์สุวรรณ)

๑๑.๓ ภายในระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง หากเครื่องชำรุดหรือขัดข้องด้วยอาการเดิม เป็นจำนวน ๓ ครั้งเป็นต้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่รุ่นเดียวกัน หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า ที่ไม่ผ่านการสาธิตหรือใช้งานมาก่อน ให้แก่ ศูนย์ศรีพัฒนาฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการชำรุดครั้งที่ ๓ โดยเครื่องใหม่ที่จะนำมาเปลี่ยนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเดิม และผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเครื่องสำรองในรุ่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้ศูนย์ศรีพัฒนาฯ ใช้งาน จนกว่าจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เสร็จสมบูรณ์

๑๑.๔ ภายในระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีช่างเข้ามาทำการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาทุก ๖ เดือน หรือตามมาตรฐานสากล ECRI พร้อมออกใบรายงานผลและจัดทำป้ายบ่งชี้สถานะติดที่เตียงเพื่อให้ทราบวัน/เดือน/ปี และกำหนดเวลาที่จะต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อไป และหากพบว่าเครื่องมีความผิดปกติ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งให้ศูนย์ศรีพัฒนาฯ ทราบและทำการแก้ไขทันที

ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแจ้งมายังศูนย์ศรีพัฒนาฯ ก่อนทำการส่งช่างซ่อมบำรุงมาตรวจสอบและซ่อมบำรุงเพื่อให้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน และยื่นแผนการเข้าบำรุงรักษาต่อไปในวันที่ยื่นข้อเสนอ

๑๑.๕ ในกรณีที่เครื่องบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำการแก้ไข ซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์แล้ว แต่เครื่องยังไม่สามารถใช้งานได้ตามข้อบ่งชี้ของเครื่อง หรือ ภายในระยะเวลา ๑ เดือนหลังจากส่งมอบเครื่อง หากเกิดข้อบกพร่องขึ้นกับเครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่ไม่ผ่านการสาธิตหรือใช้งานมาก่อนและไม่ผ่านการซ่อมแซม มาทดแทนให้แก่ศูนย์ศรีพัฒนาฯ โดยเครื่องใหม่ที่จะนำมาเปลี่ยนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเดิม

ลงชื่อ จิตพร พลเทศ ประธานกรรมการ
(นางวิทยากรณ์ พันทะเล)

ลงชื่อ ธรรมา ไชยช่วย กรรมการ
(นางสาวธรรมา ไชยช่วย)

ลงชื่อ รศ. วิทมาล กรรมการ
(นางรัศมี วิทมาล)

ลงชื่อ นางสาวณัฐชยา เสาร์สุวรรณ กรรมการ
(นางสาวณัฐชยา เสาร์สุวรรณ)