



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๖๔๐,๙๑๖.๖๗ บาท (หกล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าร้อย
สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) จำนวน ๒ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ใน
วันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่
ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่
๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.science.cmu.ac.th, www.cmu.ac.th หรือ
www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(รองศาสตราจารย์ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๐/๒๕๖๘

การซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

ตามประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๘

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

- | | | | |
|------------------------------------|-------|---|-----|
| ๑. ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ | จำนวน | ๑ | ชุด |
| ภายในอาคารแบบพกพา | | | |
| ๒. ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมทาง | จำนวน | ๑ | ชุด |
| สิ่งแวดล้อม | | | |

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒๐ แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๑.๘ แบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่

ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียกเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมียกเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร แห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงิน รวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนั กงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่า สุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวง การต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดัง กล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตาม ข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้าย ก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคล ยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นเสนอนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ

ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มี การรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของ ทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำ กว่า ๒ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อ เสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือ รายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้อง แสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือ มีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของ มูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่ สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อ เสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง ประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงิน สินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงิน ทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงินทุนที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศ ของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามข้อ ๔.๔

(๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๓) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย

ไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามข้อ ๖.๒ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ ๑. ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด ๒. ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบทุกรายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้น หรือ เน้นข้อความคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอในแคตตาล็อก หรือคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและระบุข้อที่สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอทุกรายการ โดยแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิงมาให้ครบถ้วน หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนา และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาไม่อายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญากำหนดส่งงานงวดเดียว หรือกรณีการซื้อซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ออกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาดัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ กรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัย มี สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อเสนอสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากสำนักงบประมาณ และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

๑๐.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖. มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อ

เสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอสื่อที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับ การคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอสื่อจะต้องเลือกช่องทางการอุทธรณ์และช่องทางการรับหนังสือแจ้ง ตอบผลการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ และหากผู้ยื่นข้อเสนอสื่อมีความประสงค์ที่จะ อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยื่นอุทธรณ์และรับหนังสือแจ้งตอบการพิจารณาอุทธรณ์ ผ่านช่องทางที่ได้เลือกไว้เท่านั้น

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอสื่อที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอสื่อที่ได้ รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอสื่อที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกกระจัดการยื่นข้อ เสนอหรือทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๘ กันยายน ๒๕๖๘

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

๑. ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด

๒. ชุดตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนกรรมทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด

๑. ความเป็นมา

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารงานของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพระดับนานาชาติ ตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เช่น มลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการจัดการศึกษาและวิจัยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเชิงบูรณาการสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาจริงในสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ดังนั้น ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงมีความต้องการใช้ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา และชุดตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนกรรมทางสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับและสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน โดยชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา จะช่วยให้สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างละเอียด เช่น การวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซ CO₂, CO, ฟอรั่มัลดีไฮด์ และสารอินทรีย์ระเหยต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเฝ้าระวัง รักษาสุขภาพ และสนับสนุนความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนรองรับการพัฒนานวัตกรรมและบริการวิชาการ ในขณะเดียวกัน ชุดตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนกรรมทางสิ่งแวดล้อม มีบทบาทสำคัญในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ สามารถสนับสนุนงานวิจัยเชิงลึกด้านการอนุรักษ์ การเกษตร การแพทย์ และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การบูรณาการใช้ชุดเครื่องมือทั้งสองชนิดนี้ จะช่วยยกระดับศักยภาพบัณฑิต นักวิจัย และบุคลากรของศูนย์ฯ ในการสร้างองค์ความรู้ ต่อยอดงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมของประเทศและภูมิภาคอย่างรอบด้าน

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนาทักษะในการเรียนรู้อย่างแท้จริง
๒. เพื่อสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยให้กับบุคลากรในองค์กร

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่ง

จะอยู่ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ นั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่น
งบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่น
งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยัง
ไม่มีรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๒.๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒.๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำ
กว่า ๑ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่
ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
บุคคลธรรมดาให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละ
ครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มี
มูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการ
หรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจาก
ยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจาก
สำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้
ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของ
โครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบ
อำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือ
สัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณี ดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้วและงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้ออสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ จำนวน ๑๕ แผ่น

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาราคาต่อรายการ

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณที่จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ครั้งนี้ เป็นเงิน ๖,๑๗๕,๐๐๐.- บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

๑. ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจ่ายค่าสิ่งของพร้อมค่าติดตั้งซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทร.๐๕๓ ๙๔๓๔๗๙ e-mail : procure-sci@cmu.ac.th

(กรณีผู้ประกอบการมีความคิดเห็น ต้องการวิจารณ์หรือเสนอแนะ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์. วาน วิริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สารอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภาลิตา ต.เจริญ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารแบบพกพา จำนวน 1 ชุด

ประกอบด้วย

1. เครื่องวัดความเร็วลม จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 1.1 เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดหาค่า ดังต่อไปนี้
 - 1.1.1 ค่าความเร็วลม (Velocity) ตั้งแต่ 0 - 50 เมตรต่อวินาที (0 ถึง 9,999 ฟุตต่อวินาที) หรือกว้างกว่า โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 3\%$
 - 1.1.2 วัดอุณหภูมิ (Temperature) ตั้งแต่ $-10 - 60^{\circ}\text{C}$ หรือกว้างกว่า โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ และมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1°F (0.1°C)
 - 1.1.3 ความดันคงที่/ความดันแตกต่าง (Static/Differential pressure) ตั้งแต่ $-28.0 - +28.0$ มิลลิเมตรปรอท หรือ $-3,735 - +3,735$ Pa โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 1\%$
 - 1.1.4 ความดันบรรยากาศ (Barometric pressure) ตั้งแต่ 20.36 - 36.648 นิ้วปรอท หรือกว้างกว่า (517.15 - 930.87 มม.ปรอท) โดยมีความผิดพลาดไม่เกิน $\pm 2\%$
 - 1.1.5 ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) ตั้งแต่ 5-95% RH หรือกว้างกว่า
 - 1.2 สามารถคำนวณหาค่า Dew point ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย Psychrometric Chart
 - 1.3 ตัวเครื่องสะดวกต่อการพกพาและการนำไปใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ โดยตัวเครื่องรวมแบตเตอรี่มีน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กิโลกรัม
 - 1.4 ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลการตรวจวัด สามารถแสดงผลการตรวจวัดได้อย่างน้อย 5 พารามิเตอร์
 - 1.5 ภายในตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน
 - 1.6 ชุดหัววัด (Probe) มีหัววัดเป็นชนิด Articulating Probe
 - 1.7 มีหน่วยความจำในตัวเครื่องสำหรับเก็บข้อมูลผลการตรวจวัดได้อย่างน้อย 20,000 ข้อมูล
 - 1.8 สามารถเลือกการกำหนดค่า Logging intervals ได้ตั้งแต่ 1 วินาที - 59:59 นาที
 - 1.9 สามารถปรับตั้งค่า Time constant ในการแสดงผลข้อมูลได้
 - 1.10 มี Software สำหรับโอนถ่ายการจัดเก็บข้อมูล โดยผ่านทางสายเคเบิลได้และแสดงผลการตรวจวัดซึ่งทำงานบนโปรแกรม Windows ได้
 - 1.11 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องวัดความเร็วลม ดังนี้
 - 1.11.1 หัวความเร็วลม, อุณหภูมิและความชื้น จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 1.11.2 กระเป๋าสตางค์เครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
 - 1.11.3 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 1.11.4 ซอฟต์แวร์พร้อมสายเชื่อมต่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 1.11.5 Static Pressure Tip จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 1.11.6 ท่อยาง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เส้น
 - 1.11.7 แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ก้อน
 - 1.11.8 ชุดประจุไฟแบตเตอรี่ (AC/DC Adaptor) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 1.11.9 เอกสารรับรองผลการสอบเทียบมาตรฐาน (ยื่นในวันส่งมอบพัสดุ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

2. เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในและคาร์บอนมอนอกไซด์ในอาคาร จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 2.1 สามารถถอดโพรบเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพื่อเปลี่ยนไปใช้โพรบเซ็นเซอร์ตรวจวัดชนิดอื่นได้
 - 2.2 สามารถตรวจวัด Carbon Dioxide (CO₂) ได้ตั้งแต่ 0 - 5,000 ppm หรือกว้างกว่า
 - 2.2.1 ชนิดหัววัด Dual Wavelength NDIR (Non-dispersive infrared)
 - 2.2.2 ค่าความแม่นยำไม่เกิน ± 3 % หรือ ± 50 ppm
 - 2.2.3 ความละเอียดเท่ากับหรือน้อยกว่า 1 ppm
 - 2.2.4 ความไวในการตอบสนอง 20 วินาที
 - 2.3 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 - 60 °C หรือกว้างกว่า
 - 2.3.1 ชนิดหัววัด Thermistor
 - 2.3.2 ค่าความแม่นยำไม่เกิน 0.5 °C
 - 2.3.3 ความละเอียดเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.1 °C
 - 2.3.4 การแสดงผล °C หรือ °F
 - 2.3.5 ความไวในการตอบสนอง 30 วินาที (90 % ของค่าสุดท้ายที่วัดและที่ความเร็วลม 2m/s)
 - 2.4 สามารถตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ได้ตั้งแต่ 5 - 95 % RH หรือกว้างกว่า
 - 2.4.1 ชนิดหัววัด Thin-Film Capacitive
 - 2.4.2 ค่าความแม่นยำไม่เกิน ± 3 % RH
 - 2.4.4 ความละเอียดเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.1 % RH
 - 2.4.5 ความไวในการตอบสนอง 20 วินาที (63 % ของค่าสุดท้ายที่วัด)
 - 2.5 สามารถตรวจวัด Carbon Monoxide (CO) ได้ตั้งแต่ 0 - 500 ppm หรือมากกว่า
 - 2.5.1 ชนิดหัววัด Electro-Chemical
 - 2.5.2 ค่าความแม่นยำไม่เกิน ± 3 % หรือ ± 3 ppm
 - 2.5.3 ความละเอียดเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.1 ppm
 - 2.5.4 ความไวในการตอบสนอง น้อยกว่า 60 วินาที ถึง 90 % ของค่าสุดท้ายที่วัด
 - 2.6 สามารถตรวจวัด Barometric Pressure ได้ตั้งแต่ 517.15 - 930.87 mm Hg (20.36 - 36.648 in.Hg) หรือกว้างกว่า
 - 2.6.1 ค่าความแม่นยำไม่เกิน ± 2 %
 - 2.7 อุณหภูมิการทำงานของเครื่องตั้งแต่ 5 - 45 °C
 - 2.8 สามารถคำนวณหาค่า % Outside Air ได้ตั้งแต่ 1 - 100 % โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 0.1 %
 - 2.9 มีหน้าจอแสดงผลการตรวจวัด สามารถแสดงค่าการตรวจวัดได้สูงสุด 5 ค่าพร้อมกัน
 - 2.10 สามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดอย่างน้อย 50,000 ชุดข้อมูล เมื่อตรวจวัด 4 พารามิเตอร์ หรือน้อยกว่า 35 วัน เมื่อเก็บข้อมูลการตรวจวัดทุก ๆ 1 นาที
 - 2.11 สามารถปรับช่วง Logging interval ต่ำสุดได้ตั้งแต่ 1 วินาที และ ช่วง Time constant ตั้งแต่ 1, 5, 10, 20 และ 30 วินาที
 - 2.12 มีโปรแกรมสำหรับแสดงผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ผลการตรวจวัด
 - 2.13 ภายในตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA ชนิดอัลคาไลน์ จำนวน 4 ก้อน
 - 2.14 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในและคาร์บอนมอนอกไซด์ในอาคาร ดังนี้
 - 2.14.1 ตัวเครื่องและหัวตรวจวัด จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 2.14.2 เอกสารรับรองผลการสอบเทียบมาตรฐาน (ยื่นในวันส่งมอบพัสดุ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
 - 2.14.3 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 2.14.4 กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
 - 2.14.5 แบตเตอรี่ ขนาด AA ชนิดอัลคาไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ก้อน

3. เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 3.1 เป็นเครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศแบบพกพาซึ่งวัดปริมาณฝุ่นได้ทั้ง dust smoke fumes และ mists
 - 3.2 ใช้หลักการตรวจวัดฝุ่นละออง โดยใช้หลักการ Laser 90° light scattering
 - 3.3 แสดงผลเป็นตัวเลขและกราฟิกทางหน้าจอ VGA Color touch-screen และสามารถแสดงผลการตรวจวัดทันที
 - 3.4 มีปุ่มสำหรับดูอากาศภายในตัวเครื่อง โดยสามารถปรับอัตราการไหลของอากาศได้ตั้งแต่ 1.4 - 3.0 ลิตรต่อ นาที
 - 3.5 สามารถวัดฝุ่นละอองในช่วงขนาดของอนุภาค 0.1 - 10 ไมครอน และสามารถเลือกใช้หัวคัดขนาดฝุ่นในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นตามขนาดที่ต้องการได้ 4 ขนาด คือ 10, 4 (Respirable dust), 2.5 และ 1.0 ไมครอน
 - 3.6 แสดงผลการตรวจวัดในหน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมีค่าความละเอียดในการตรวจวัด 0.1% หรือ 0.001 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีช่วงการตรวจวัดตั้งแต่ 0.001 - 150 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 - 3.7 เมื่อตั้งค่าช่วงเวลาการตรวจวัด (time constant) ไว้ที่ 10 วินาที เครื่องสามารถทำการ zero ที่ความแม่นยำ ± 0.002 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อ 24 ชั่วโมง
 - 3.8 มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 60,000 ชุด โดยเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 45 วัน ที่อัตราการเก็บข้อมูลทุก ๆ 1 นาที
 - 3.9 สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน interface USB โดยโปรแกรมสำเร็จรูปในการแสดงผล เป็นแบบตัวเลข ตาราง และกราฟิก
 - 3.10 สามารถบันทึกข้อมูลลง USB flash drive ได้
 - 3.11 สามารถเลือกช่วงเวลาในการในการตรวจวัด (time constant) ได้อิสระ และสามารถปรับช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 วินาที
 - 3.12 ตัวเครื่องมีช่วงอุณหภูมิในการใช้งานตั้งแต่ 0 - 50 °C และความชื้นตั้งแต่ 0 - 95 % RH (non-condensing)
 - 3.13 มีโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการตรวจวัดโดยใช้งานร่วมกับโปรแกรมเฉพาะได้
 - 3.14 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที ดังนี้
 - 3.14.1 ซอฟต์แวร์พร้อมสายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 3.14.2 แบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ก้อน
 - 3.14.3 Zero filter จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัน
 - 3.14.4 Internal filter จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
 - 3.14.5 Extension tube จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เส้น
 - 3.14.6 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 3.14.7 เอกสารรับรองผลการสอบเทียบมาตรฐาน (ยื่นในวันส่งมอบพัสดุ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 3.14.8 กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
4. เครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหย จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 4.1 เป็นเครื่องมือแบบพกพาสามารถตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหย (VOC) ภายในอาคารตรวจวัดโดยใช้เทคนิค เซนเซอร์ชนิด PID (Photo Ionization)
 - 4.2 สามารถตรวจวัดก๊าซ VOC (Total VOC) ในระดับ ppb ได้ตั้งแต่ 10 - 20,000 ppb หรือกว้างกว่า
 - 4.3 มีค่าความละเอียดในการอ่านค่าไม่เกิน 10 ppb
 - 4.4 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิในช่วง -10 - 60 °C หรือกว้างกว่า
 - 4.5 มีค่าความละเอียดในการอ่านค่าไม่เกิน 0.1 °C และมีค่าความแม่นยำไม่เกิน ± 0.5 °C

- 4.6 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องวัดสารอินทรีย์ระเหย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย .
- 4.6.1 เครื่องพร้อมหัววัดสารอินทรีย์ระเหย VOC จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด .
 - 4.6.2 กระเป๋ารรจุเครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ .
 - 4.6.3 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 4.6.4 ซอฟต์แวร์พร้อมสายเชื่อมต่อ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 4.6.5 แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ก้อน
 - 4.6.6 ชุดประจุไฟแบตเตอรี่ (AC/DC Adaptor) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 4.6.7 เอกสารรับรองผลการสอบเทียบมาตรฐาน (ยื่นในวันส่งมอบพัสดุ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด .
5. เครื่องมือตรวจวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ .
- 5.1 มีหน้าจอแสดงผลการตรวจวัด
 - 5.2 หัววัดใช้เทคโนโลยีแบบ Electrochemical
 - 5.3 สามารถตรวจวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในช่วง 0 - 10 ppm หรือมากกว่า
 - 5.4 ค่าความละเอียดในการตรวจวัด (Resolution) ไม่เกิน 0.01 ppm.
 - 5.5 วิธีการเก็บตัวอย่าง 10 ml แบบ snatch-sample โดยใช้ปั๊มภายในเครื่อง .
 - 5.6 ความถี่ในการเก็บตัวอย่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาที สำหรับสภาพบรรยากาศภายในห้องทั่วไป
 - 5.7 อัตราการตอบสนองไม่เกิน 60 วินาที เมื่ออยู่ใน High accuracy mode และอัตราการตอบสนองไม่เกิน 8 วินาที เมื่ออยู่ใน lower accuracy mode .
 - 5.8 มีค่าความแม่นยำ (accuracy) สำหรับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่ต่ำกว่า 94% ตามเกณฑ์การยอมรับของ NIOSH
 - 5.9 ค่าความถูกต้อง (precision) สำหรับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ไม่เกิน $\pm 2\%$
 - 5.10 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ในช่วง 0 - 40 °C หรือมากกว่า ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 15 - 90 %RH หรือกว้างกว่า
 - 5.11 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ดังนี้
 - 5.11.1 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า 1 ชุด .
 - 5.11.2 Calibration Standard tube (อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด .
 - 5.11.3 กระเป๋ารรจุอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
6. เครื่องวัดก๊าซโอโซน จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- 6.1 หัววัดก๊าซเป็นชนิด Smart sensor ดังนี้
 - 6.1.1 ตรวจวัดก๊าซโอโซน (O_3)
 - 6.1.2 ชนิดหัววัดเป็นแบบ Electrochemical
 - 6.1.3 ช่วงการตรวจวัดอยู่ที่ 0-1 ppm หรือมากกว่า
 - 6.1.4 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.01 ppm
 - 6.2 รูปแบบการตรวจวัดก๊าซเป็นแบบ Diffusion
 - 6.3 หน้าจอแสดงผลชนิด Illuminated LC display
 - 6.4 มีระบบการเตือนภัย (Alarm) ทั้งแบบสัญญาณเสียง 95 dBA และแบบสัญญาณแสงจาก LED.
 - 6.5 มีระบบ Zero และ Calibration
 - 6.6 มีการเตือนภัย ดังนี้
 - 6.6.1 เมื่อระดับก๊าซเกินระดับที่ตั้งไว้
 - 6.6.2 มีการเตือนภัยเมื่อจากค่าเกิน TWA (Time-Weighted Average) และ STEL (Short Term Exposure Limit)

- 6.7 ตัวเครื่องทำจาก Polycarbonate (ABS) มีค่าป้องกันน้ำและฝุ่นละออง IP54
- 6.8 ตัวเครื่องใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA ชนิดอัลคาไลน์ จำนวน 1 ก้อน ระยะเวลาการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน
- 6.9 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน ATEX ex II 2G EEx ib IIC T4/T3 $(-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +45^{\circ}\text{C}/+55^{\circ}\text{C})$

7. เครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้


- 7.1 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถกำหนดปริมาณอากาศที่ต้องการเก็บได้
- 7.2 สามารถใช้งานกับจานเพาะเชื้อ ขนาด 90 มิลลิเมตร
- 7.3 หัวเก็บตัวอย่างทำจาก Anodised Aluminium ที่สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้ (Autoclave)
- 7.4 สามารถเลือกรูปแบบการทำงาน ได้เป็นแบบธรรมดา (Manual), การเก็บเป็นลำดับ (Sequential) และตั้งเวลาการเก็บ (Programmed Sampling) พร้อมระบบหน่วงเวลาการเริ่มเก็บตัวอย่าง (Delay Start)
- 7.5 มีหน้าจอสำหรับแสดงผล
- 7.6 ตัวเครื่องทำจาก Polyurethane น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 7.7 สามารถปรับปริมาตรอากาศได้ในช่วงตั้งแต่ 1 – 2,000 ลิตร หรือมากกว่า โดยมีความละเอียดในการปรับตั้งครั้งละ 1 ลิตร
- 7.8 สามารถปรับอัตราการดูดอากาศได้ในช่วงตั้งแต่ 30-120 ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า โดยแบ่งเป็นอย่างน้อย 5 ช่วง คือ 30-60-90-100-120 ลิตรต่อนาที หรือมากกว่า
- 7.9 สามารถควบคุมการทำงานผ่านรีโมทควบคุม
- 7.10 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่าง ได้ไม่น้อยกว่า 90 ชุด
- 7.11 สามารถเก็บตัวอย่างได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ชนิด NiMH ที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และมีอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
- 7.12 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องเก็บตัวอย่างชีวภาพ ดังนี้
 - 7.12.1 ชุดอุปกรณ์ชาร์จไฟสำหรับตัวเครื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 7.12.2 คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 7.12.3 เอกสารรับรองผลการสอบเทียบมาตรฐาน (ยื่นในวันส่งมอบพัสดุ) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 7.12.4 กระเป๋าบรรจุเครื่องมือ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใบ
 - 7.12.5 ฝาครอบสำรองชนิดอลูมิเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 7.12.6 IR Remote control จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด

8. เงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้


- 8.1 รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 8.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 8.3 ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดอบรมสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด อย่างน้อยจำนวน 1 ครั้ง หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานเครื่องมือได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- 8.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้นหรือเน้นข้อความคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอในแคตตาล็อกหรือคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบุข้อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอทุกรายการ โดยแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิงมาให้ครบถ้วน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก : โดยใช้เกณฑ์ราคา


ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์. วาน วิริยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สารอินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวภาลิตา ต.เจริญ)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
ชุดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมทางสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ ชุด

ประกอบด้วย

1. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิด 3 หัว จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 1.1 เป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมโดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
 - 1.2 สามารถตั้งค่าช่วงอุณหภูมิในการใช้งานได้ตั้งแต่ 0 - 100 °C หรือกว้างกว่า
 - 1.3 มีค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิตลอดเคลื่อนไม่เกิน 0.5 °C และมีค่าความถูกต้องของการควบคุมอุณหภูมิตลอดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.25 °C
 - 1.4 มีหัวบรรจุตัวอย่าง (Sample block) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง ทั้งหมด 3 หัว และรองรับการทำงานได้กับหลอดขนาด 0.2 มิลลิลิตร และหลอดแบบ 8 หลุม (8 well strip tube) ขนาด 0.2 มิลลิลิตร
 - 1.5 หัวบรรจุตัวอย่างแต่ละหัวสามารถทำงานแยกจากกันได้อย่างอิสระ
 - 1.6 ในการทดลองครั้งเดียวกัน ต้องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ 2 ค่าต่อหัว ในช่วงความต่างของอุณหภูมิ 5 °C จากโซนหนึ่งไปยังโซนถัดไป
 - 1.7 รองรับการทำปฏิกิริยาที่ปริมาตรในช่วง 10 - 80 ไมโครลิตร หรือกว้างกว่า
 - 1.8 มีอัตราเร็วในการเพิ่มขึ้นและลดลงของอุณหภูมิล็อคสูงสุดที่ 5 °C ต่อวินาที หรือมากกว่า
 - 1.9 สามารถรองรับการทำงานแบบ Fast mode ได้
 - 1.10 สามารถสั่งการทำงานผ่านจอแบบสัมผัส และเป็นจอสีแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และแสดงโปรแกรมการทำงานเป็นวงจรในรูปแบบกราฟ
 - 1.11 สามารถเก็บโปรแกรมการทำงานไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่องและสามารถเก็บโปรแกรมการทำงานได้อย่างไม่จำกัดเมื่อใช้ USB stick
 - 1.12 ตัวเครื่องมีโปรแกรมที่รองรับการสั่งการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย
 - 1.13 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และ 50 เฮิรซ์ หรือ 60 เฮิรซ์
 - 1.14 มีเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 2.1 เป็นเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม สำหรับทดสอบหาปริมาณสารพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้น โดยใช้เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสชนิด Real time PCR
 - 2.2 มีถาดทำปฏิกิริยา (Sample block) ดังนี้
 - 2.2.1 มีจำนวนหลุม 96 หลุม หรือมากกว่า
 - 2.2.2 สามารถใช้กับหลอดทดลองขนาด 0.2 มิลลิลิตร
 - 2.2.3 สามารถใช้ได้ทั้งแบบหลอดเดี่ยว
 - 2.2.4 สามารถใช้ได้ทั้งแบบ 8-tube strips หรือ 96-well plate
 - 2.2.5 รองรับปริมาตรของปฏิกิริยาในช่วง 10 - 100 ไมโครลิตร หรือกว้างกว่า
 - 2.2 สามารถตรวจสอบผลของปฏิกิริยาเคมีได้ทั้งระบบ Probe และ SYBR Green
 - 2.3 มีระบบควบคุมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีอัตราการเพิ่มและลดของอุณหภูมิเฉลี่ย (Maximum block ramp rate) สูงสุด 6.5 °C ต่อวินาที
 - 2.4 อุณหภูมิมีความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอ (Temperature uniformity) ไม่เกิน ± 0.4 °C และมีความถูกต้อง (Temperature accuracy) ไม่เกิน ± 0.25 °C

- 2.5 มีแหล่งกำเนิดแสงชนิด Bright white LED โดยมี Excitation อยู่ในช่วง 450- 680 นาโนเมตร และมี Detection อยู่ในช่วง 500-640 นาโนเมตร หรือกว้างกว่า
- 2.6 มีฟิลเตอร์สำหรับรับสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ฟิลเตอร์ เพื่อให้สามารถวัดสีต่าง ๆ ได้ พร้อมกันสูงสุด 4 สี
- 2.7 มีอุปกรณ์รับสัญญาณฟลูออเรสเซนซ์เป็นระบบ CMOS
- 2.8 มีหน้าจอระบบสัมผัส โดยสามารถสั่งงานโดยปราศจากคอมพิวเตอร์ได้
- 2.9 ตัวเครื่องสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ไฟล์ โดยมีหน่วยความจำ (Onboard memory) สูงสุด 10 GB และสามารถแสดง Amplification plot บนหน้าจอ Touch Screen ได้
- 2.10 สามารถถ่ายโอนข้อมูลโปรแกรม (Protocol) ผ่าน USB port ได้
- 2.11 มีความไวสูงที่สามารถแยกความแตกต่างของตัวอย่างที่แตกต่างกันเพียง 1.5 เท่าได้ ในตัวอย่าง Single plex
- 2.12 สามารถควบคุมการทำงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - 2.12.1 ควบคุมการทำงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครื่องด้วยโปรแกรมเฉพาะ QuantStudio design & analysis software
 - 2.12.2 ควบคุมการทำงานแบบปราศจากคอมพิวเตอร์ได้ (Stand-alone)
- 2.13 ระบบทำอุณหภูมิเป็นแบบ Peltier ชนิด Veriflex™ Block ซึ่งสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้แตกต่างกัน 3 ค่า ในการทดลองครั้งเดียวกัน
- 2.14 สามารถใช้กับสีฟลูออเรสเซนซ์ได้ ดังนี้ FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/ TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy@ 3, JUN™ และ ROX™/Texas Red™
- 2.15 มีระบบประมวลผลพร้อม Software ที่จำเป็นสำหรับควบคุมการทำงาน ดังนี้
 - 2.15.1 ชุดโปรแกรมวิเคราะห์ Single-plate แบบ Absolute and Relative gene expression, SNP genotyping, Presence/Absence และ รองรับ High resolution melt (HRM)
 - 2.15.2 ชุดโปรแกรมการวิเคราะห์ Multiplate แบบ Gene expression studies และ SNP genotyping studies
- 2.16 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 2.16.1 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 แบบ 64 บิต หรือดีกว่า
 - 2.16.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า Core i7 รุ่นที่ 8 มีจำนวนแกนหลัก (Core) ไม่น้อยกว่า 6 แกน และจำนวนแกนเสมือน (Thread) ไม่น้อยกว่า 12 แกน
 - 2.16.3 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level 3) ไม่น้อยกว่า 12 MB
 - 2.16.4 มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด (Max Boost หรือ Turbo Boost) ไม่น้อยกว่า 4.6 GHz
 - 2.16.5 มีค่าการใช้พลังงานความร้อน (Thermal Design Power: TDP) ไม่เกิน 65 วัตต์
 - 2.16.6 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB (2x8 GB)
 - 2.16.7 มีหน่วยเก็บข้อมูลชนิดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD) แบบ SATA ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 2 ลูก ความจุไม่น้อยกว่าลูกละ 500 GB มีอัตราโอนถ่ายข้อมูล 3.0 Gbps และมีหน่วยความจำแบบ Data Burst Cache ขนาด 8 MB
 - 2.16.8 มีหน้าจอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
 - 2.16.9 มีเมาส์และคีย์บอร์ด จำนวน 1 ชุด
- 2.17 ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 โวลต์

3. เครื่องกำเนิดแสงอัลตราไวโอเลตและแสงสีน้ำเงิน จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 3.1 มีหลอดอัลตราไวโอเลต ขนาด 8 วัตต์ ที่ความยาวคลื่น 312 นาโนเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลอด
 - 3.2 มีหลอดแสงสีน้ำเงิน ขนาด 1 วัตต์ ที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 18 หลอด เพื่อใช้สำหรับงานฟลูออเรสเซนซ์
 - 3.3 มีพื้นที่รับแสงขนาดไม่น้อยกว่า 20 x 20 เซนติเมตร
 - 3.4 มีฝาเปิด-ปิด (UV Blocking Cover) เพื่อป้องกันอันตรายจากแสงยูวีขณะทำงาน
 - 3.5 สามารถปรับความเข้มแสงได้ 2 ระดับ คือ High (100%) และ Low (70%)
4. เครื่องดูดปล่อยสารละลาย จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 4.1 เป็นเครื่องดูดปล่อยสารละลายที่ถูกออกแบบให้เป็น Ergonomic design
 - 4.2 สามารถนำเครื่องไปนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) ได้ทั้งตัวโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก
 - 4.3 แสดงค่าปริมาตรเป็นตัวเลขที่มองเห็นได้ชัดเจน
 - 4.4 ตัวเครื่องมีความทนทานต่อแสงยูวีและสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป
 - 4.5 สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
 - 4.6 มี Color Coding บอกรายละเอียดของเครื่อง
 - 4.7 เครื่องดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 4.7.1 เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 0.1-3 ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว มีช่วงปรับ/ลดปริมาตร 0.002 ไมโครลิตร
 - 4.7.1.1 ที่ปริมาตร 3 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 1.40% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.80%
 - 4.7.1.2 ที่ปริมาตร 1.5 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 2.60% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 1.60%
 - 4.7.1.3 ที่ปริมาตร 0.3 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 10.00% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 6.00%
 - 4.7.2 เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 0.5-10 ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว มีช่วงปรับ/ลดปริมาตร 0.01 ไมโครลิตร
 - 4.7.2.1 ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 1.00% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.60%
 - 4.7.2.2 ที่ปริมาตร 5 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 1.50% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 1.00%
 - 4.7.2.3 ที่ปริมาตร 1 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 3.0% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 2.0%
 - 4.7.3 เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 10-100 ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว มีช่วงปรับ/ลดปริมาตร 0.10 ไมโครลิตร
 - 4.7.3.1 ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) 0.80% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.20%
 - 4.7.3.2 ที่ปริมาตร 50 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 1.00% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.40%

- 4.7.3.3 ที่ปริมาตร 10 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 3.0% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 1.00%
- 4.7.4 เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 20-200 ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว มีช่วงปรับ/ลดปริมาตร 0.20 ไมโครลิตร
 - 4.7.4.1 ที่ปริมาตร 200 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 0.60% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.2%
 - 4.7.4.2 ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 0.80% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.30%
 - 4.7.4.3 ที่ปริมาตร 20 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 2.30% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.90%
- 4.7.5 เครื่องดูดจ่ายสารละลายขนาด 100-1000 ไมโครลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ตัว มีช่วงปรับ/ลดปริมาตร 1.00 ไมโครลิตร
 - 4.7.5.1 ที่ปริมาตร 1000 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 0.70% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.20%
 - 4.7.5.2 ที่ปริมาตร 500 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 0.80% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.20%
 - 4.7.5.3 ที่ปริมาตร 100 ไมโครลิตร มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (Systematic Errors) ไม่เกิน 2.5% มีค่าความคลาดเคลื่อนแบบสุ่ม (Random Errors) ไม่เกิน 0.60%
- 5. เครื่องเขย่าในแนวราบแบบวงกลมพร้อมควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 5.1 เป็นเครื่องขนาดเล็กพร้อมควบคุมอุณหภูมิสำหรับ Microtubes
 - 5.2 ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor ทั้งเวลา ความเร็ว และอุณหภูมิ
 - 5.3 มีช่วงการเขย่าแบบ Orbit ที่ขนาดไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
 - 5.4 สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ ตั้งแต่ 1 นาที - 96 ชั่วโมง หรือมากกว่า โดยปรับได้ที่ละ 1 นาที
 - 5.5 สามารถเลือกการทำงานได้ทั้งแบบเขย่า และ Incubate พร้อมกัน หรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 - 5.6 สามารถปรับความเร็วในการเขย่าได้ตั้งแต่ 250 - 1400 rpm หรือกว้างกว่า
 - 5.7 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 100 °C หรือมากกว่า
 - 5.8 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
 - 5.9 มีบล็อคลำสำหรับใส่หลอดทดลองขนาด 2 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอด
 - 5.10 ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 220 x 240 x 90 มิลลิเมตร
- 6. ชุดแยกสารพันธุกรรมชนิดแวนนอน พร้อมเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 6.1 เครื่องแยกสารพันธุกรรมในแวนนอนด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 6.1.1 เป็นเครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าในแวนนอน (Horizontal electrophoresis)
 - 6.1.2 ตัว Electrodes ผลิตจาก Platinum บริสุทธิ์ 99.99% ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
 - 6.1.3 สามารถใช้ได้กับแผ่นเจลไม่น้อยกว่า 2 ขนาด โดยมีขนาด 70 x 70 มิลลิเมตร และขนาด 70 x 100 มิลลิเมตร พร้อม UV tray ขนาดละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 6.1.4 ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในการรันตัวอย่าง

- 6.1.5 อุปกรณ์ประกอบเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดเล็ก ดังนี้
 - 6.1.5.1 Sample combs ขนาด 1 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
 - 6.1.5.2 UV tray dams จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คู่
 - 6.1.5.3 Loading guides จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- 6.2 เครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดกลาง จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 6.2.1 เป็นเครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้าในแนวนอน (Horizontal electrophoresis)
 - 6.2.2 ตัว Electrodes ผลิตจาก Platinum บริสุทธิ์ 99.99% ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
 - 6.2.3 สามารถใช้ได้กับแผ่นเจลไม่น้อยกว่า 3 ขนาด โดยมีขนาด 150 x 70 มิลลิเมตร, ขนาด 150 x 100 มิลลิเมตร และขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร พร้อม UV tray ขนาดละไม่น้อยกว่า 1 ชุด
 - 6.2.4 ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในการรันตัวอย่าง
 - 6.2.5 อุปกรณ์ประกอบเครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอนด้วยกระแสไฟฟ้าขนาดกลาง ดังนี้
 - 6.2.5.1 Sample combs ขนาด 1 มิลลิเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
 - 6.2.5.2 UV tray dams จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คู่
 - 6.2.5.3 Loading guides จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด
- 6.3 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 6.3.1 เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับงาน Electrophoresis สามารถใช้กับงานด้านดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีนได้
 - 6.3.2 มีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT-LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 นิ้ว
 - 6.3.3 ตัวเครื่องสามารถตั้งขนาดของความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 5 - 300 โวลต์ หรือมากกว่า
 - 6.3.4 สามารถตั้งปริมาณของกระแสไฟฟ้าได้ในช่วง 1-700 มิลลิแอมป์ หรือมากกว่า
 - 6.3.5 มีกำลังไฟฟ้าขาเข้า 200 วัตต์ และขาออก 150 วัตต์
 - 6.3.6 สามารถเชื่อมต่อเครื่องรันเจลได้ (output terminals) จำนวน 4 เครื่อง หรือมากกว่า
 - 6.3.7 สามารถตั้งเวลาการทำงานได้สูงสุด 999 นาที หรือสามารถตั้งเวลาแบบต่อเนื่องได้
- 7. เครื่องเขย่าผสมสาร จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 7.1 เป็นเครื่องเขย่าผสมสารที่ใช้กับหลอดทดลองขนาดตั้งแต่ 1.5 - 50 มิลลิลิตร
 - 7.2 สามารถทำงานแบบต่อเนื่อง และ impulse ได้
 - 7.3 สามารถปรับความเร็วในการเขย่า (Speed Range) ได้ตั้งแต่ 0 - 2800 rpm หรือมากกว่า
 - 7.4 ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 150 x 100 x 150 มิลลิเมตร
- 8. ตู้แช่แข็ง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 8.1 เป็นตู้แช่แข็งชนิดตู้ตั้งที่ควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้อยู่ในช่วง -20 ถึง -40 °C
 - 8.2 เป็นตู้แช่แข็งที่เหมาะสมสำหรับเก็บตัวอย่างในห้องปฏิบัติการที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิภายในตู้
 - 8.3 มีค่าความเสถียรของอุณหภูมิภายในตู้แช่แข็งไม่เกิน $\pm 3^{\circ}\text{C}$
 - 8.4 ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็น Digital control
 - 8.5 หน้าจอแสดงค่าอุณหภูมิภายในตู้โดยมีค่าความละเอียดในการอ่านไม่เกิน 0.1 °C และแสดงค่าอุณหภูมิห้อง (Ambient temp)
 - 8.6 มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานของคอมเพรสเซอร์

- 8.7 ภายนอกตู้แช่แข็งมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 710x700x1700 มิลลิเมตร และขนาดภายในไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 500x500x1200 มิลลิเมตร มีลิ้นชักจำนวนไม่น้อยกว่า 4 อัน และชั้นวางด้านบนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 อัน
 - 8.8 ภายนอกตู้แช่แข็งทำด้วยโลหะเคลือบสีมีฉนวนทำจาก Polyurethane Foam
 - 8.9 มีความจุไม่น้อยกว่า 276 ลิตร
 - 8.10 ประตูตู้แช่แข็งเป็นแบบทึบ
 - 8.11 มีระบบละลายน้ำแข็งแบบ manual defrost
 - 8.12 มีกุญแจล็อคประตูตู้แช่แข็ง
 - 8.13 ตัวเครื่องมีสัญญาณเตือนในรูปแบบแสงและเสียง ดังนี้
 - 8.12.1 เมื่ออุณหภูมิภายในตู้ต่ำกว่าหรือสูงกว่าที่ตั้งเอาไว้ (High/Low Temperature)
 - 8.12.2 เมื่อประตูตู้เปิดนานเกินไป (Door ajar)
 - 8.12.3 เมื่ออุปกรณ์ตรวจวัดบกพร่อง (false sensor)
 - 8.12.4 เมื่อไฟฟ้าดับ (Power Failure)
 - 8.12.5 เมื่อแบตเตอรี่สำรองจ่ายไฟฟ้าให้กับแผงควบคุมมีประจุน้อยเกินไป (Low Battery)
 - 8.14 มีช่องขนาดไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร สำหรับสอดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิเข้าไปภายในตู้ได้
 - 8.15 มีล้อเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้
 - 8.16 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน CE หรือ ISO 13485:2016 เพื่อประโยชน์และความจำเป็นต่อการใช้งาน
9. เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอนสารตัวอย่างขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 9.1 เป็นเครื่องเขย่าผสมสารและปั่นตกตะกอนสารในเครื่องเดียวกัน
 - 9.2 สามารถปั่นตกตะกอนสารที่ความเร็วสูงสุด 2,800 รอบต่อนาที หรือมากกว่า
 - 9.3 เมื่อเปิดฝา Rotor จะหยุดทำงาน
 - 9.4 มี Roter สำหรับปั่นหลอดตามขนาด ดังนี้
 - 9.4.1 Rotor 12 x 1.5/2 ml. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั้น
 - 9.4.2 Rotor 12x0.5 ml/12x 0.2 ml จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั้น
 - 9.5 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 13485:2016 เพื่อประโยชน์และความจำเป็นต่อการใช้งาน
 10. เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมหรือโปรตีนระดับไมโครลิตร จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 10.1 เป็นเครื่องที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ หรือโปรตีน ระดับไมโครลิตรโดยใช้หลักการดูดกลืนแสง (Microvolume spectrophotometer)
 - 10.2 สั่งการผ่านหน้าจอแบบสัมผัสได้หลายจุด (Multipoint capacitive touch) หน้าจอสี ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว โดยมีความละเอียดของหน้าจอที่ไม่น้อยกว่า 1280 x 800 HD สามารถสั่งการได้แม้ใส่ถุงมือขณะทำการทดลอง
 - 10.3 ตัวเครื่องใช้ระบบปฏิบัติการแบบแอนดรอยด์ และสามารถรองรับกับระบบซอฟต์แวร์ Windows 10 หรือ Windows® 11 หรือดีกว่า
 - 10.4 ตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อกับ USB port ได้ทั้งหมด 4 จุด หรือมากกว่า
 - 10.5 รองรับ Ethernet และ RS-232

- 10.6 ตัวเครื่องมีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB
- 10.7 คุณลักษณะเฉพาะทางออปติคอล (Optical specifications) ดังนี้
 - 10.7.1 มีแหล่งกำเนิดแสง (Light sources) ชนิดซีนอน (Xenon flash lamp) ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วง 190 - 850 นาโนเมตร โดยมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ปี
 - 10.7.2 มีระบบเซนเซอร์ตรวจจับแบบ CMOS linear image sensor มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048 pixels
 - 10.7.3 สามารถปรับตั้งค่าความยาวคลื่นที่ต้องการใช้ได้ทีละ 1 นาโนเมตร โดยมีค่าความแม่นยำของความยาวคลื่นไม่เกิน ± 1 นาโนเมตร
 - 10.7.4 มีค่าความสม่ำเสมอของการดูดกลืนแสงไม่เกิน 0.002 AU หรือ 1 % และมีค่าความแม่นยำของการดูดกลืนแสงไม่เกิน 3 % ที่ค่า 0.97 AU ความยาวคลื่น 302 นาโนเมตร
- 10.8 รองรับการวัดตัวอย่างระดับไมโครลิตร ดังนี้
 - 10.8.1 สามารถใช้วัดปริมาณตัวอย่างขั้นต่ำที่ 1 ไมโครลิตร
 - 10.8.2 มีช่วงในการวัดค่าการดูดกลืนแสง (Photometric range) อยู่ในช่วงที่ 0.02 - 330 AU
 - 10.8.3 ปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดได้อยู่ที่ 2 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร หรือน้อยกว่า สำหรับตัวอย่างดีเอ็นเอ (dsDNA)
 - 10.8.4 ปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างที่สูงที่สุดที่สามารถวัดได้อยู่ที่ไม่น้อยกว่า 16,000 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร สำหรับตัวอย่างดีเอ็นเอ (dsDNA)
 - 10.8.5 ระยะทางที่แสงส่องผ่านตัววัดอยู่ในช่วง 0.05 - 0.7 มิลลิเมตร
- 10.9 รองรับการวัดตัวอย่างโดยใช้คิวเวต (Cuvette) ดังนี้
 - 10.9.1 มีช่วงในการวัดค่าการดูดกลืนแสง (Photometric range) อยู่ในช่วงที่ 0 - 2 AU
 - 10.9.2 ปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดได้อยู่ที่ 0.2 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร หรือน้อยกว่า สำหรับตัวอย่างดีเอ็นเอ (dsDNA)
 - 10.9.3 ปริมาณความเข้มข้นของตัวอย่างที่สูงที่สุดที่สามารถวัดได้ไม่น้อยกว่า 150 นาโนกรัมต่อไมโครลิตร สำหรับตัวอย่างดีเอ็นเอ (dsDNA)
11. สำหรับเตรียมน้ำยาปฏิกิริยาดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ จำนวน 1 ตู้ มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
 - 11.1 ตัวตู้ทำจากกระจกใสและเคลือบด้วยฟิล์มป้องกันรังสียูวี
 - 11.2 บริเวณพื้นที่ทำงานทำจาก Stainless steel มีขนาดไม่น้อยกว่า 645 x 490 มิลลิเมตร
 - 11.3 มีหลอดไฟยูวี ขนาดไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ ที่ความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลอด อายุการใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 9,000 ชั่วโมง และหลอดไฟให้ความสว่าง TLD ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลอด
 - 11.4 มีระบบป้องกันการปนเปื้อนสิ่งไม่พึงประสงค์โดยใช้เทคโนโลยี flow-type bactericidal UV cleaner อาศัยการทำงานของหลอดยูวี ฆ่าลบลูดยูวี และ filter สำหรับกรองฝุ่นละออง ทำให้พื้นที่ภายในตู้ปฏิบัติงานปราศจากการปนเปื้อน
 - 11.5 มีหน้าจอแสดงเวลา
 - 11.6 ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 700 x 500 x 500 มิลลิเมตร และมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 - 11.7 มีระบบป้องกัน โดยปิดแสงยูวีอัตโนมัติเมื่อทำการเปิดตู้
 - 11.8 ใช้ไฟฟ้า 100 - 240 โวลต์ และ 50 หรือ 60 เฮิร์ตซ์


- 12 เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- 12.1 เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วรอบสูงแบบตั้งโต๊ะที่สามารถใช้ได้กับหัวปั่นชนิด Angle rotor
 - 12.2 มีหน้าจอแสดงผลชนิด LCD Backlit
 - 12.3 มีมอเตอร์ชนิด Brushless DC
 - 12.4 มีระบบการปิดฝาชนิด Soft-touch lid closure
 - 12.5 สามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
 - 12.6 สามารถตั้งอัตราเร่งได้ไม่น้อยกว่า 9 ค่า และอัตราเบรกได้ไม่น้อยกว่า 10 ค่า
 - 12.7 ตัวเครื่องมีระบบป้องกันด้านความปลอดภัย ดังนี้
 - 12.7.1 ความเร็วรอบเกิน (Over-speed)
 - 12.7.2 มอเตอร์ร้อนเกิน (Motor overheating)
 - 12.7.3 การล็อกฝาเครื่อง (Door lid self-locking)
 - 12.8 Rotor ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ (7075-T6)
 - 12.9 ตั้งความเร็วรอบในการปั่นได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 16,500 RPM / 26,000 xg
 - 12.10 ความแม่นยำในการปั่นไม่เกิน ± 30 rpm
 - 12.11 สามารถตั้งเวลาในการปั่นได้ 1 - 99 นาที หรือมากกว่า
 - 12.12 ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า W 300 x D 400 x H 300 มิลลิเมตร
 - 12.13 มี Rotor สำหรับหลอด 1.5-2 มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า 24 หลอด จำนวน 1 Rotor
 - 12.14 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐาน CE หรือ ISO 13485:2016 เพื่อประโยชน์และความจำเป็นต่อการใช้งาน


๑๓ เงื่อนไขอื่น ๆ ดังนี้


- ๑๓.๑ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๓.๒ บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
- ๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยให้ยื่นขอเสนอราคา
- ๑๓.๔ ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องจัดอบรมสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด อย่างน้อยจำนวน ๑ ครั้ง หรือจนกว่าจะสามารถใช้งานเครื่องมือได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- ๑๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำเครื่องหมายด้วยการขีดเส้นหรือเน้นข้อความคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอในแคตตาล็อก หรือคู่มือการใช้งาน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระบุข้อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอทุกรายการ โดยแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมทั้งระบุเอกสารอ้างอิงมาให้ครบถ้วน


หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก : โดยใช้เกณฑ์ราคา

ขอรับรองว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์. วาน วิริยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐฉา สารีอินทร์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัตติพร ยะบึง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวภาลิตา ต.เจริญ)